评 审 专 家 签 到 表

项目名称：博爱县健康管理中心购置心肺功能测试系统、双能X射线骨密度仪采购项目

采购人：博爱县益寿健康管理有限公司

开标地点：博爱县公共资源交易中心不见面开标二室　　时间:2026年10月27日上午8时30分

序号	姓名	工作单位名称	职称	联系电话	签到时间
1	苗英	焦作市非税中心	经济师	15939108003	10:00
2	谢博羽	国投证券	会计师	15839134941	10:00
3	赵帅帅	河南之远律师事务所	律师	13069455295	10:00
4	王晓林	河南平原光电有限公司	高级	13137188598	10:00
5	翟卫东	信产第三建设公司	高级	13803916873	10:00

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	博爱县益寿健康管理有限公司
拟采购产品名称	双能 X 射线骨密度仪
拟采购产品金额	人民币 70 万元
采购项目所属项目名称	博爱县健康管理中心购置心肺功能测试系统、双能 X 射线骨密度仪采购项目
采购项目所属项目金额	人民币 140 万元
二、申请理由	
☑1. 中国境内无法获取：	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
□3. 其他。	
原因阐述：我院由于临床诊疗工作的需要，拟双能 X 射线骨密度仪，具体要求如下： 1、利用全身扫描方式和特别设计的骨质疏松易发部位（髋骨、脊柱、前臂）扫描机制，为骨质疏松症做出精确的判断。检测骨密度；诊断骨质疏松，确定骨折区域预测骨折的危险性；计算骨丢失率；对药物疗效的评价；全身肌肉脂肪比测定；骨科髋关节置换术后评估；骨质疏松病的流行病学调查，骨质疏松病患者的随访等。 2、双能X线发生方式：K缘过滤率同时产生高低双能X线；球管电流:2mA；双能的峰值：高能75Kev，低能35Kev；扫描方式：笔束智能扫描；探测器材质：CZT(镉锌碲)直接数字化探测器； 全封闭固定检测床，扫描视野：200cm×65cm（长×宽）；扫描时间：股骨、前后位腰椎、前臂：30秒；全身：4分钟；对活体常规部位扫描精度<1.0% 经过市场调查，目前该产品无国内厂家生产，故申请采购进口产品。	
三、专家论证意见	
1. 据市场了解：贵宾该仪具有全身肌肉脂肪比测定，探测器全封闭固定检测床，扫描视野等参数要求，国产设备不能全部满足采购要求。 2. 符合采购进口产品的法律法规要求。	

综合意见：同意采购进口产品，不拒绝国产设备参与投标。

专家签字

专家名称	专家单位	职称或职务	联系电话	专家签名
谢[illegible]明	国投[illegible]公司	会计师	15939134941	谢[illegible]明
苗英	焦作市非税中心	经济师	15939108073	苗英
翟卫东	焦作市第三人民医院	主管技师	13803916827	翟卫东
王晓林	河南平原光电有限公司	高级	13137188598	王晓林

“申请报批　无违反法律规定。”

律师签字

专家名称	专家单位	职称或职务	联系电话	专家签名
赵竹竹	河南之远律师事务所	律师	13069455295	赵竹竹

2026 年 1 月 27 日

备注：专家组应当由五人以上单数组成，其中包括一名法律专家，产品技术专家为非本单位并熟悉该产品的专家，采购人代表不得做为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得参与本项目的采购评审工作。